ЕАС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЛОГИКА",
Место нахождения: 190020, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 150, Корпус 1, Лит. А, помещение 427, Адрес места осуществления деятельности: 190020, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 150 корпус 1 литер А, помещение 427, а/я 215,
ОГРН: 1027810223484, Номер телефона: +7 8124452745,
номер факса +7 8122522940 Адрес электронной почты: adm@logika.spb.ru

В лице: Генерального директора Никитина Павла Борисовича

заявляет, что Преобразователи расхода ЛГК410
Модели: ЛГК410-20-12-*-**, ЛГК410-20-6-*-**, ЛГК410-32-30-*-**, ЛГК410-32-15-*-**, ЛГК410-50-72-*-**, ЛГК410-50-36-*-**, ЛГК410-80-180-*-**, ЛГК410-80-90-*-**, ЛГК410-100-280-*-**, ЛГК410-100-140-*-**, Где: *- уровень точности (I или II);
** - наличие дисплея (ЕТ- имеется, ЕО- отсутствует)

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЛОГИКА",
Место нахождения: 190020, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 150, Корпус 1, Лит. А, помещение 427, Адрес места осуществления деятельности: 190020, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 150 корпус 1 литер А, помещение 427, а/я 215
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:
Технические условия Преобразователи расхода ЛГК410 ТУ 4213-098-23041473-2016
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9026102100
Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протоколов № 081016Д выдан 04.12.2018, № 081017Д выдан 04.12.2018 "Испытательная лаборатория электрооборудования "Сертис" АНО "Научно-технический центр сертификации электрооборудования "ИСЭП"" RA.RU.21МО40;
Акт производственного контроля № 1201/ПР от 24.12.2018
Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» подразделы 6.2, 7.2; Условия хранения: температура окружающего воздуха: от минус 25°С до плюс 55°С; относительная влажность: не более 95 % при 35°С, атмосферное давление: от 84 кПа до 106,7 кПа; Срок службы 12 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.02.2024 **включительно**

М.П.

(подпись) Никитин Павел Борисович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ME83.B.00013/19
Дата регистрации декларации о соответствии: 15.02.2019